



P / 9 0 1 0 5 7 7

**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE**

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034
Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: UP/I-322-01/23-01/10

URBROJ: 525-09/548-23-3

Zagreb, 23. studenog 2023.

Ministarstvo poljoprivrede, OIB: 76767369197, na temelju članka 43. stavka 5. i članka 84. stavka 2. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, o zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja („Narodne novine“, broj 52/21), u postupku ovlašćivanja službenog laboratorija na zahtjev podnositelja, pravne osobe Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, OIB: 39778555639, Županijska 9, 34000 Požega, donosi

RJEŠENJE

I.

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Služba za zdravstvenu ekologiju, OIB: 39778555639, Županijska 9, 34000 Požega, ovlašćuje se kao službeni laboratorij za obavljanje sljedećih analiza:

Akreditirane metode

| Materijali/Proizvodi | Vrsta ispitivanja/Svojstvo | Metoda ispitivanja |
|--|---|--|
| Prirodne mineralne, izvorske i stolne vode | Određivanje električne vodljivosti (1 do 2000) $\mu\text{S}/\text{cm}$ | HRN EN 27888:2008 (ISO 7888:1985; EN 27888:1993) |
| | Određivanje pH vrijednosti (5,0 do 10,0) pH | HRN EN ISO 10523:2012 (ISO 10523:2008; EN ISO 10523:2012) |
| | Određivanje mutnoće (0,05 do 200) NTU | HRN EN ISO 7027-1:2016 (ISO 7027-1:2016; EN ISO 7027-1:2016) |
| | Brojenje uzgojenih mikroorganizama – broj kolonija nacjepljivanjem na hranjivi agar | HRN EN ISO 6222:2000 (ISO 6222:1999, EN ISO 6222:1999) |
| | Detekcija i brojenje <i>Escherichia coli</i> i koliformnih bakterija - Metoda membranske filtracije | HRN EN ISO 9308-1:2014 (ISO 9308-1:2014; EN ISO 9308-1:2014) |

| | | |
|--|---|---|
| | | HRN EN 9308-1:2014/A1:2017 (ISO 9308-1:2014/Amd 1:2016; EN ISO 9308-1:2014/A1:2017) |
| | Detekcija i brojanje enterokoka - Metoda membranske filtracije | HRN EN ISO 7899-2:2000 (ISO 7899-2:2000, EN ISO 7899-2:2000) |
| | Detekcija i brojanje <i>Pseudomonas aeruginosa</i> - Metoda membranske filtracije | HRN EN ISO 16266:2008 (ISO 16266:2006; EN ISO 16266:2008) |

II.

Službeni laboratorij mora svake godine dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu i nacionalnom referentnom laboratoriju iz područja ovlaštenja izvješće o obavljenim analizama u okviru službenih kontrola i službenih aktivnosti za prethodnu godinu u skladu sa sljedećim rokovima:

- do 15. travnja za kemijske, fizikalne i radiološke parametre,
- do 31. svibnja za mikrobiološke parametre
- o ostacima pesticida do kraja kolovoza.

III.

Službeni laboratorij mora surađivati s nacionalnim referentnim laboratorijem iz područja ovlaštenja, te istome dostavljati godišnje izvješće prema zahtjevu, obliku i roku u kojem to zahtjeva nacionalni referentni laboratorij.

IV.

Odbija se zahtjev Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Službe za zdravstvenu ekologiju, OIB: 39778555639, Županijska 9, 34000 Požega, za ovlaštenje službenog laboratorija za hranu i hranu za životinje za sljedeće analize:

| Materijali/Proizvodi | Vrsta ispitivanja/Svojstvo | Metoda ispitivanja |
|---|---|----------------------------------|
| Prirodne mineralne, izvorske i stolne vode | Određivanje nitrita spektrofotometrijski | HRN EN 26777:1998 |
| | Određivanje nitrata spektrofotometrijski | SM 4500-NO ₃ B (2005) |
| | Određivanje utroška KMnO ₄ titracijskom metodom | HRN EN ISO 8467:2001 |
| | Određivanje boje spektrometrijski | SM 2120 C (2017) |
| | Određivanje mirisa senzorikom | HRN EN 1622:2008 |
| | Određivanje okusa senzorikom | HRN EN 1622:2008 |
| | Temperatura | SM 2550 B (2017) |

| | | |
|-------|---|--|
| | Amonij - spektrofotometrija | Vlastita metoda PL-502 temeljena na hach Lange kivetnom testu LCK 304. |
| | Aluminij - spektrofotometrija | Aluminium metoda |
| | Željezo - spektrofotometrija | Vlastita metoda PL-508 temeljena na hach Lange testu LCW021 |
| | Mangan - spektrofotometrija | Vlastita metoda PL-509 temeljena na hach Lange testu LCW532 |
| | Suspendirana tvar – membranska filtracija | HRN EN 872:2008 |
| | <i>Clostridium prefringens</i> – membranska filtracija | HRN EN ISO 14189:2016 |
| Hrana | Horizontalna metoda za dokazivanje prisutnosti i određivanja broja <i>Listeria monocytogenes</i> i drugih <i>Listeria</i> spp. – 1. dio: Metoda dokazivanja prisutnosti | HRN EN ISO 11290-1:2017 |
| | Horizontalna metoda za dokazivanje prisutnosti, određivanja broja i serotipizaciju <i>Salmonella</i> – 1. dio: Dokazivanje prisutnosti <i>Salmonella</i> spp. | HRN ISO 6579-1:2017; HRN ISO 6579-1:2017/A1:2020 |

V.

Stupanjem na snagu ovoga rješenja prestaje važiti rješenje o ovlaštenju službenog laboratorija, Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Služba za zdravstvenu ekologiju, Županijska 9, 34000 Požega, KLASA: UP/I-322-01/18-01/31, URBROJ: 525-10/0538-19-3 od 11. rujna 2019. godine.

VI.

Ovo rješenje je na snazi do izdavanja novoga rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, OIB: 39778555639, Županijska 9, 34000 Požega, podnio je Ministarstvu poljoprivrede zahtjev za ovlašćivanje kako bi dobio ovlaštenje kao službeni laboratorij za obavljanje analiza u svrhu službenih kontrola.

Uz zahtjev su priloženi sljedeći dokumenti:

- Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda
- Potvrda o akreditaciji laboratorijskih usluga sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025
- Prilog potvrde o akreditaciji sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025 za tražene vrste ispitivanja
- Potvrda Ministarstva financija o nepostojanju duga prema državi.

Uvidom u zahtjev i dostavljenu dokumentaciju, Povjerenstvo za ovlašćivanje službenih i referentnih laboratorijskih usluga za hranu i hranu za životinje, KLASA: 080-01/19-01/162, URBROJ: 525-10/0538-19-10 od 8. studenoga 2019. godine, KLASA: 080-01/19-01/162, URBROJ: 525-10/1304-20-35 od 10. srpnja 2020. godine, KLASA: 080-01/19-01/162, URBROJ: 525-10/1304-21-42 od 26. travnja 2021. godine, KLASA: 080-01/19-01/162, URBROJ: 525-10/1304-21-51 od 27. listopada 2021. godine, utvrdilo je da laboratorij Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Služba za zdravstvenu ekologiju, OIB: 39778555639, Županijska 9, 34000 Požega, ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorijskih usluga za hranu i hranu za životinje („Narodne novine“, br. 86/10, 7/11 i 74/13) za metode navedene u točki I. izreke ovog rješenja.

Laboratoriju se odbija zahtjev za metode u kojima uspješno sudjeluje u međulaboratorijskim usporedbama navedenim u točki IV. ovog rješenja budući da je člankom 37. Uredbe (EU) 2017/625 o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (u dalnjem tekstu: Uredba (EU) 2017/625) propisano da nadležna tijela kao službeni laboratorij mogu odrediti samo laboratorij koji djeluje u skladu s normom EN ISO/IEC 17025 te da opseg akreditiranja obuhvaća one metode laboratorijske, analize ispitivanja ili dijagnosticiranja koje laboratorij treba upotrebljavati kada djeluje kao službeni laboratorij. Člankom 42. Uredbe (EU) 2017/625 navedena su privremena odstupanja od uvjeta obaveznog akreditiranja za službene laboratorijske te je utvrđeno da za tražene metode iz točke IV. ovog rješenja već postoje ovlašteni službeni laboratorijski koji iste metode imaju akreditirane, Povjerenstvo je odlučilo da nema potrebe ovlastiti laboratorij za metode u kojima uspješno sudjeluje u međulaboratorijskim usporedbama te za koje ne posjeduje akreditaciju.

Službeni laboratorij koji nema digitalizirani sustav prikupljanja i prijave podataka Europskoj agenciji za sigurnost hrane, godišnja izvješća iz točke II. ovog rješenja dostavlja Agenciji u formatu koji se može preuzeti sa internet (web) stranice Ministarstva ili Hrvatske agencije za poljoprivrodu i hranu, u skladu s navedenim rokovima.

Slijedom navedenog, a na temelju članka 43. stavka 5. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, o zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja („Narodne novine“, broj 52/21) te članka 8. Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorijskih usluga za hranu i hranu za životinje („Narodne novine“, br. 86/10, 7/11 i 74/13), valjalo je riješiti kao u izreci ovoga Rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovoga rješenja ne može se izjaviti žalba, već se može pokrenuti upravni spor tužbom Upravnog suda u Zagrebu u roku od 30 dana od dana dostave ovoga rješenja.



Dostaviti:

1. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Služba za zdravstvenu ekologiju, OIB: 39778555639, Županijska 9, 34000 Požega
2. Pismohrana, ovdje.

Na znanje:

1. Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, 10000 Zagreb.